

JCSS

20201124評基第002号
2021年12月1日

登 録 証

株式会社テラプローブ 殿

計量法第143条第1項の規定に基づく校正事業者として登録します。

登 録 番 号 0 3 5 6

事業所の名称 株式会社テラプローブ 九州事業所 校正室
所 在 地 熊本県葦北郡芦北町湯浦1580-1

登録に係る区分 電気(直流・低周波)(詳細は別紙のとおり)

登録の有効期限 2025年11月30日

2021年12月1日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

理事長 長谷川 史彦



登録に係る区分：電気（直流・低周波）

法律に基づく初回登録年月日：2021年12月1日

校正手法の区分の呼称〔登録年月日〕：直流・低周波測定器等〔2021年12月1日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
直流・低周波測定器等	直流電圧測定装置	100 mV	0.0041 mV
		1 V	0.000089 V
		10 V	0.000067 V
		100 V	0.00095 V
		1000 V	0.023 V

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。